



Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

Znak: WSZ.DAT.SZP.261.2.107/2022

Skierniewice, 02.08.2022r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW II

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na **zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału i Zakładu Rehabilitacji Szpitala w Skierniewicach** oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE 5. dotyczące części 2 – bieżnia treningowa. Czy Zamawiający dopuści szerokość pasa bieżni 50 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza szerokość pasa bieżni 50 cm.

PYTANIE 6. dotyczące części 2 – bieżnia treningowa. Czy Zamawiający dopuści minimalną prędkość od 0,5 km/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza minimalną prędkość od 0,5 km/h.

PYTANIE 7. dotyczące części 2 – bieżnia treningowa. Czy Zamawiający dopuści max kąt nachylenia bieżni 20% ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza max kąt nachylenia bieżni 20%.

ZATWIERDZA

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
Jacek Kaniewski