



Informacja dla Wykonawców

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę wózka reanimacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniem, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 42 dni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, iż termin realizacji zamówienia jest uwarunkowany okolicznościami, które nie są zależne od Zamawiającego, a ich spełnienie warunkuje otrzymanie dotacji na zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o poniższych parametrach?

- Wózek systemowy do specjalistycznego zastosowania w zależności od konfiguracji elementów składowych oraz wyposażenia dodatkowego (w tym na sprzęt reanimacyjny)
- Konstrukcja korpusu, jednolita z tworzywa sztucznego
- Wyposażony: w jedną szufladę o wymiarach 625 x 450 x 100 mm, dwie szuflady o wymiarach 625 x 450 x 150 mm, jedną szufladę o wymiarach 625 x 450 x 200 mm, szuflady z pełnym wysuwem w celu łatwego dostępu do zawartości, szuflady w kolorze niebieskim
- W szczycie wózka (z boku) dwa uchylne pojemniki z przezroczystego tworzywa sztucznego
- Szuflady blokowane centralnie za pomocą plomby ewidencyjnej
- W górnej szufladzie przegródki na leki
- Wysokość korpusu wózka łącznie z kołami 1000 mm, szerokość łącznie z uchwytem do popychania 910 mm, głębokość 610 mm
- Koła o średnicy 125 mm z czego dwa wyposażone w hamulec oraz jedno antystatyczne
- Płyta pod defibrylator (wymiar 400 x 320 mm) na wysięgniku, obrotowa, wyposażona w paski zabezpieczające
- Wyposażenie: wieszak kroplówki, płyta podplecowa do reanimacji z wytrzymałego tworzywa sztucznego o wymiarach 550 x 390 mm mocowana z tyłu wózka, uchwyt na butlę z tlenem, półka na ssak mocowana w szczycie (z boku) wózka o wymiarach 340 x 180 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego.

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
ZATWIERDZA
Małgorzata Majer