



## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na wykonanie testów specjalistycznych aparatów rtg, tomografu i mammografu oraz związanych z nimi wszystkich urządzeń pomocniczych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Znak do postępowania na wykonanie testów specjalistycznych aparatów rtg, tomografu i mammografu oraz związanych z nimi wszystkich urządzeń pomocniczych to: WSZ.DZP.261.2.49/2019.

### **Pytanie 1.** Prosimy o zmianę ppkt c) punkt 1 § 2 umowy

z: „wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności z : Ustawą Prawo Atomowe ( Dz.U.2001 nr 3 poz.18), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. RP nr 51 poz. 265), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. ( Dz.U. 2015 r. poz. 2040).”

na:„ „wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 884)”.

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

### **Pytanie 2.** Prosimy o usunięcie ppkt d) oraz ppkt f) punkt 1 § 2 umowy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 884) nie nakłada obowiązku o którym mowa w ww. podpunktach, wskazuje natomiast na jakiej podstawie podmioty mogą wykonywać testy specjalistyczne. Testy specjalistyczne wykonujemy na podstawie certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

### **Pytanie 3.** Prosimy o informację jaki jest system rejestracji obrazu w mammografie i aparatach rtg przedstawionych w zapytaniu ofertowym - na kasetach czy płytach CR/DR?

**Odp.** W mammografie zapis na kasetach z filmami, w aparatach rtg na płytach DR.

### **Pytanie 4.** Prosimy o zmianę punktu 4 § 2 umowy

z: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania prac będących przedmiotem umowy oraz za uszkodzenia sprzętu Zamawiającego podczas wykonywania czynności serwisowych”

na: “Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie wykonywania testów specjalistycznych z wyjątkiem szkód powstałych z wyłącznej udowodnionej winy Wykonawcy”.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę punktu 4 § 2 umowy, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie wykonywania testów



specjalistycznych z wyjątkiem szkód powstałych z wyłącznej udowodnionej winy Wykonawcy

**Pytanie 5.** Prosimy o zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6.** Prosimy o zmianę punktu 2 § 3 umowy

z: „Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na wystawionej przez niego fakturze po wykonanych testach i przedstawieniu protokołu w ciągu ..... dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół należytego wykonania usługi zaakceptowany przez zamawiającego”.

na: „Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na wystawionej przez niego fakturze, po wykonanych testach i przedstawieniu sprawozdania z badań, w ciągu ..... dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie dostarczone sprawozdanie z badań w wykonanych testów specjalistycznych”.

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

**Pytanie 7.** Prosimy o zmianę ppkt h) punkt 1 § 2 umowy

z: „po zakończeniu testów przedstawi w formie pisemnej protokół z testów specjalistycznych dla aparatów”

na: „po zakończeniu testów przedstawi w formie pisemnej sprawozdanie z badań z testów specjalistycznych dla aparatów”

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

**Pytanie 8.** Prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo możliwość przesłania oferty drogą e mailową, jeśli tak prosimy o podanie adresu e mail.

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesłania oferty drogą e-mailową.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
ZATWIERDZA .....