



Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

Znak:WSZ.DZP.261.2.55/2019

Skierniewice, 19.07.2019r.

Informacja dla Wykonawców

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę odczynników histopatologicznych i materiałów zużywalnych oraz zapytaniem, które wpłynęło do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie 1: Cześć (zadanie) nr 4 - pozycja nr 2 Czy w pozycji nr 2 zamawiający dopuszcza kasetki o otworach 2x2mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kasetki o otworach 2x2mm.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
ZATWIERDZA
Janek Karłowicz