

Informacja dla Oferentów

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań obrazowych (RTG,TK) i przekazywania ich w drodze transmisji przy użyciu systemu teleradiologii z dostępem 24 godzinnym na dobę przez 7 dni w tygodniu dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

Pytanie nr 1: Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na wprowadzenie 2 stopni krytyczności:

1. **Tryb Na Ratunek** – czas opisu maksymalnie do 2h dla poniższych rozpoznań:

- a) RTG: urazy wielonarządowe, powypadkowe; ostry brzuch, podejrzenie perforacji; pediatria w wieku 0-1 roku życia;
 - b) TK: tk trauma scan, udar niedokrwienny/ krwotoczny, uraz czaszkowo- mózgowy, uraz głowy ze śpiączką po wykluczeniu hipoglikemii, uraz wielomiejscowy, uraz wielonarządowy, izolowany uraz klatki piersiowej, izolowany uraz brzucha, izolowany uraz miednicy, ból w klatce piersiowej z sinicą w okolicy szyi, zatorowość płucna, podejrzenie tętniaka, podejrzenie rozwarstwienia aorty.
- Inne rozpoznanie tylko po bezpośredniej konsultacji lekarza kierującego z lekarzem radiologiem.

2. **Tryb CITO** – pozostałe badania pilne do opisu do 6h.

Odpowiedź: Udzielający zamówienia wyraża zgodę na wprowadzenie 2 stopni krytyczności – tryb „Na Ratunek”- czas opisu maksymalnie do **2h** oraz tryb „CITO” – czas opisu maksymalnie do **4h**.


Pytanie nr 2: Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę w paragrafie 12 wzoru Umowy na następujące: Udzielający Zamówienia może żądać zapłaty przez Przyjmującego Zamówienie kary umownej w wysokości:

- a) 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie leży po Stronie Przyjmującego Zamówienie.
- b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu opisu badania 10% wartości badania za każdy stwierdzony przypadek.
- c) 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie danych osobowych,

tym samym rezygnując z litery d) ze względu na możliwe wystąpienie usterki technicznej, która może okazać się trudna w naprawieniu w określonym przez Udzielającego Zamówienie czasie. Usterka techniczna może być spowodowana warunkami zewnętrznymi, siłą wyższą, ciężką do przewidzenia, ale również ciężką do naprawienia w wyznaczonych ramach czasowych

Odpowiedź: Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na usunięcie litery d) z projektu umowy. Jednocześnie Udzielający Zamówienia dopisuje w paragrafie 12 ustęp 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Udzielający Zamówienia może odstąpić od naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 , w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi dowody na to, że opóźnienie w realizacji umowy bądż



Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

wystąpienie usterki technicznej, o której mowa w ust. 1 lit. d, lub wystąpienie innej podstawy uprawniającej Zamawiającego do naliczenia kar umownych, nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Pytanie nr 3: Czy Udzielający Zamówienia ponosi koszty konfiguracji systemu z systemem Udzielającego Zamówienia (CGM) oraz koszty utrzymania internetu?

Odpowiedź: Udzielający Zamówienia wymaga, aby w ramach cen za badania Przyjmujący Zamówienie wkalkulował sobie koszt dostarczenia urządzeń i technologii niezbędnych do transmisji danych. Jednocześnie Udzielający Zamówienia deklaruje, że integracja systemu CGM oraz internetu z systemem Oferenta będzie leżała po jego stronie (z obowiązkiem pełnego współdziałania Przyjmującego Zamówienie w tym zakresie).

Pytanie Nr 4: Czy Udzielający Zamówienia może podać kontakt do opiekuna systemu CGM celem potwierdzenia możliwości integracji z systemem Przyjmującego Zamówienie?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia udostępni kontakt do opiekuna systemu CGM odpowiedzialnego za integrację na etapie zawierania umowy. Jednocześnie Udzielający Zamówienia dokonuje modyfikacji w paragrafie 8 poprzez dopisanie ppkt. 3, który otrzymuje brzmienie: " Kontakt do opiekuna systemu CGM odpowiedzialnego za integrację:tel. email"

Pytanie nr 5: Czy Udzielający Zamówienia udostępni do wglądu zał. Nr 1 do umowy? („wymiana danych między stronami nastąpi zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy...”).

Odpowiedź: Załącznik Nr 1 do umowy zawiera punkty wykazane w SWKO w punktach: dział II pkt. 7 ppkt. a- h. Stanowi Załącznik Nr 4 do umowy.

Pytanie nr 6: Czy Udzielający Zamówienia zgodzi się na przesłanie Oświadczenia o posiadaniu kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lekarzy, a dostarczenie kopii tych dokumentów w przypadku wyboru oferty jak najkorzystniejszej?

Odpowiedź: Udzielający Zamówienia dopuszcza przesłanie Oświadczenia o posiadaniu kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lekarzy w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pytanie 7: Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na termin płatności faktury za opisy na 21 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego i po przesłaniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem?

Odpowiedź: Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość terminu płatności faktury za opisy na 21 dni od daty złożenia prawidłowo sporządzonego rachunku.

ZATWIERDZA


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
Jacek Kaniewski