



INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843) na wykonanie testów specjalistycznych aparatów rtg, tomografu i mammografu oraz związanych z nimi wszystkich urządzeń pomocniczych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1. Zamawiający w swoim zapytaniu podał wykaz sprzętu rtg, wśród którego znajdują się cyfrowe aparaty oraz tomograf komputerowy. Pozwala to domniemać, że zamawiający posiada również monitory służące do prezentacji obrazów medycznych. Monitory takie, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej; Dz.U poz. 2040) również podlegają testom specjalistycznym.

W związku z tym, kierując się dobrem zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że na dzień ogłoszenia zapytania zamawiający posiadał monitory do prezentacji obrazów medycznych oraz posiadał dla nich ważne testy specjalistyczne.

W przeciwnym razie prosimy o wyspecyfikowanie posiadanych monitorów z podaniem producenta, modelu, ilości oraz modalności do prezentacji której służą (radiologia ogólna, mammografia, CT/angio) i uzupełnienie wykazu sprzętu podlegającego testom w ramach przedmiotowej sprawy.

Odp. Zamawiający posiada do prezentacji obrazów medycznych w stacji opisowej lekarskiej następujące monitory:

Dla radiologii ogólnej
Firmy EIZO Corporation
- nr fabr. 40231110 PH
- nr fabr. 40217110 PH
Firmy BARC

- nr fabr. 1879019862
- nr fabr. 1879019001

Dla tomografii komputerowej
Monitory typ MultiSync LCD 1990SXi-BK
- nr fabr. 15308668UB
- nr fabr. 14308652UB

Rok produkcji wszystkich w/w monitorów to 2011.

Zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem w/w monitory podlegają testom specjalistycznym i powinny być uwzględnione przy składaniu ofert.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

ZATWIERDZA
Skierniewice