



### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 3

W związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej całodobowej diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

#### Pytanie nr 1

89	Helicobacter pylori
----	---------------------

CZY CHODZI O ANTYPEN W KALE CZY O PRZECIWCIAŁA?

**Odpowiedź:** Udzielającemu zamówienia chodzi o Antypen w kale.

#### Pytanie nr 2

134	Helicobacter pylori IgM w surowicy
-----	------------------------------------

Proponujemy wykonanie badania antypenu w kale.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia dopuszcza wykonanie badania antypenu w kale.

#### Pytanie nr 3

148	* EBV-IgM
-----	-----------

Prosimy o sprecyzowanie badania

**Odpowiedź:** Przeciwciała IgM przeciw antypenowi Kapsydu wirusa Epsteina – Barr.

#### Pytanie nr 4

158	Toxocara canis ogólna
159	Toxocara canis oczna

Prosimy o potwierdzenie, że badania są tożsame

**Odpowiedź:** Wystarczy anti Test-Ag IgE, badania serologiczne test ELISA.

#### Pytanie nr 5

163	Włośnica
-----	----------

Czy chodzi o badanie przeciwciał

**Odpowiedź:** Udzielającemu zamówienia chodzi o badanie - przeciwciała IgG specyficzne dla



antygenów Nicienia (metoda ELISA).

**Pytanie nr 6**

213	Witamina D3 Total
-----	-------------------

Prosimy o sprecyzowanie o jaką witaminę chodzi 25(OH)D Total czy 1,25(OH)D3

**Odpowiedź:** Udzielającemu zamówienia chodzi o dwa badania; Kalcydiol oraz ocena aktywności witaminy D.

**Pytanie nr 7**

255	Kał w kier. Lambliozy - test ELISA (Giardia lamblia)
-----	--

Prosimy o potwierdzenie badań met. Immunochromatografii

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia potwierdza wykonanie badań metodą Immunochromatografii.

**Pytanie nr 8**

272	Wymaz w kierunku grypy A/H1N1
-----	-------------------------------

CZY CHODZI O SZYBKI TEST IMMUNOCHROMATOGRAFICZNY CZY O PCR?

**Odpowiedź:** Tak, Udzielającemu zamówienia chodzi o szybki test Immunochromatograficzny.

**Pytanie nr 9**

289	Wolna hemoglobina w surowicy
-----	------------------------------

PROPONUJEMY WYKONANIE POZIOMU HEMOGLOBINY W RAMACH BADANIA MORFOLOGII KRWI

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia nie wyraża zgody. Zamawiającemu chodzi o diagnostykę w kierunku hemolizy wewnątrznaczyniowej.

**Pytanie nr 10**

317	Glukoza profil dobowy
-----	-----------------------

ILE OZNACZEŃ GLUKOZY MA BYĆ W PROFILU DOBOWYM?

**Odpowiedź:** W profilu dobowym ma być 8 oznaczeń Glukozy.

**Pytanie nr 11**

322	Listeria monocytogenes IgG met.IFA miano
-----	--


323	Listeria monocytogenes IgM met.IFA miano
-----	--

Prosimy o zgodę na wykonywane metodą jakościową - test lateksowy

**Odpowiedź:** Nie, Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12**

324	Mocz - badanie metodą cytometrii przepływownej
-----	--



PROPONUJEMY WYKONANIE BADANIA OSADU MOCZU METODĄ MANUALNĄ

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia dopuszcza wykonanie badania osadu moczu metodą manualną.

**Pytanie nr 13**

330	Yersinia enterocolitica IgA met.IFA Jakościowo
-----	--

CZY BADANIE MOŻE BYĆ WYKONANE METODĄ WESTERN-BLOT?

**Odpowiedź:** Badanie może być wykonane metodą Western- Blot.

**Pytanie nr 14**

340	Glukoza – krzywa obciążeniowa
341	Krzywa żelazowa

ILE OZNACZEŃ prosimy o podanie

**Odpowiedź:** Glukoza- krzywa obciążeniowa oznaczeń - 3; Krzywa żelazowa - oznaczeń - 6.

**Pytanie nr 15**

348	Panel wątrobowy
-----	-----------------

JAKICH DOKŁADNIE BADAŃ W RAMACH TEJ USŁUGI ŻĄDA KLIENT?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wykreśla poz. 348 formularza 2 oraz 2A: Panel wątrobowy.

**Pytanie nr 16**

354	Posiew pokarmu
-----	----------------

Proszę o sprecyzowanie badania

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla poz. 354 formularza 2 oraz 2A: Posiew pokarmu.

**Pytanie nr 17**

359	Beta laktoglobulina
-----	---------------------

CZY CHODZI O P/C IGE?

**Odpowiedź:** Tak, chodzi o P/C IgE - swoista nadwrażliwość na pokarmy.

**Pytanie nr 18**

409	Yersinia enterocolitica IgG met.IFA jakościowo
410	Yersinia enterocolitica IgM met.IFA Jakościowo

CZY BADANIE MOŻE BYĆ WYKONANE METODĄ Western Bot?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

**Pytanie nr 19**

412	Adenowirus typ 3 IgG met.IFA – ocena jakościowa
-----	---





413 Adenowirus typ 3 IgM met.IFA – ocena jakościowa

czy badanie może być wykonane metodą ELISA?

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

#### Pytanie nr 20

423 Chlamydia pneumoniae IgA met. IFA - jakościowo

czy badanie może być wykonane metodą immunochemiluminescencji?

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

#### Pytanie nr 21

424 Cytomegalowirus IgA met.IFA - ocena jakościowa

W ramach tej pozycji proponujemy wykonanie badania PCR jakościowego w kierunku CMV.

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

#### Pytanie nr 22

432 Herpes Simplex IgA met.IFA - jakościowo

DIAGNOSTYCZNIE SUGERUJEMY WYKONANIE BADANIA Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I, II wirusa HSV metodą Real Time-PCR

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

#### Pytanie nr 23

437 Mycoplasma pneumoniae IgA met. IFA jakościowo

czy badanie może być wykonane metodą ELISA?

**Odpowiedź:** Badanie może być wykonane metodą ELISA.

#### Pytanie nr 24

453 Varicella zoster IgG met.IFA – ocena miana

454 Varicella zoster IgM met.IFA - ocena jakościowa

czy badanie może być wykonane metodą immunochemiluminescencji?

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

#### Pytanie nr 25

456 Yersinia enterocolitica IgA met. IFA – miano

czy badanie może być wykonane metodą WesternBlot?

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę.



**Pytanie nr 26**

459 | Borrelia burgdorferi IgA met.IFA - ocena miana

DIAGNOSTYCZNIE SUGERUJEMY WYKONANIE BADANIA Borrelia burgdorferi DNA

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

**Pytanie nr 27**

462 | Mycoplasma pneumoniae IgA met.IFA - ocena miana

czy badanie może być wykonane metodą ELISA?

**Odpowiedź:** tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

**Pytanie nr 28**

483 | Cytomegalowirus IgA met.IFA - ocena miana

DIAGNOSTYCZNIE SUGERUJEMY WYKONANIE BADANIA Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR (F26)

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

**Pytanie nr 29**

485 | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF

czy badanie może być wykonane metodą ELISA?

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

**Pytanie nr 30**

491 | Cytomegalowirus IgA met.IFA - ocena miana

DIAGNOSTYCZNIE SUGERUJEMY WYKONANIE BADANIA Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR (F26)

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

**Pytanie nr 31**

498 | Toxoplasma gondii IgA met. IFA - ocena jakościowa

czy badanie może być wykonane metodą ELISA?

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

**Pytanie nr 32**

506 | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF

czy badanie może być wykonane metodą ELISA?

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę.



**Pytanie nr 33**

509	Miano
-----	-------

O JAKIE DOKŁADNIE BADANIE CHODZI?

**Odpowiedź:** Poz.509 w załączniku 2 oraz 2A „Miano” dotyczy badania: Przeciwciała przeciwjadrowe (ANA).

**Pytanie nr 34**

537	Białko S-200
-----	--------------

CZY NIE CHODZI O BIAŁKO S-100?

**Odpowiedź:** W poz. 537 załącznika 2 oraz 2A błędnie wpisano nazwę badania. W pozycji tej chodzi o badanie: Białko S -100.

**Pytanie nr 35:**

- a) Czy całodobowo mają działać pracownia analityki, mikrobiologii oraz serologii?  
**Odpowiedź:** Pracownia analityki, mikrobiologii oraz serologii mają działać całodobowo.
- b) Czy świadczenia zdrowotne będą wykonywane tylko na podstawie pisemnego skierowania opatrzonego pieczęcią, czy także po podłączeniu za pomocą HL7, również za pomocą zleceń elektronicznych?  
**Odpowiedź:** Dopuszcza się wszystkie formy.

- c) Ile osób i w jakim zakresie czasowym będzie musiał przeszkolić przyjmujący zamówienie w zakresie pobierania krwi?  
**Odpowiedź:** Pielęgniarki, położne oraz ratownicy medyczni w terminie dwóch tygodni.

- d) Czy są wyznaczone stałe godziny pobierania materiału od pacjentów z przychodni specjalistycznych?  
**Odpowiedź:** Pobieranie materiału do badań od pacjentów z przychodni specjalistycznych odbywa się:  
- od poniedziałku - piątku w godzinach od 7.30 – 10.00  
- w soboty i niedziele w godzinach od 9.30- 11.30

- e) Czy przyjmujący zamówienie odpowiada za przeterminowanie materiałów zużywalnych magazynowanych w oddziałach szpitalnych? W jaki sposób przyjmujący zamówienie ma nadzorować materiały zużywalne poza laboratorium?  
**Odpowiedź:** Tak, Przyjmujący zamówienie odpowiada za przeterminowanie materiałów zużywalnych magazynowanych w oddziałach szpitalnych. Poza laboratorium nadzór nad materiałami zużywalnymi pełnią pielęgniarki oddziałowe lub uprawniony personel szpitala.

- f) Czy wszystkie wyniki badań muszą być wydawane w formie papierowej?  
**Odpowiedź:** Przyjmujący zamówienie dopuszcza, aby wyniki badań wydawane były w formie papierowej i elektronicznej.





- g) W jakiej formie będą składane odpowiednie żądania ze strony szpitala? W jakiej formie oferent musi na nie odpowiedzieć?

**Odpowiedź:** Zarówno żądania ze strony szpitala, jak i odpowiedzi oferenta będą składane w formie pisemnej, mailowo.

- h) Czy zamawiający w poz. 70 załącznika 2a, chciał wskazać badanie "Próba Addisa"?

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia w poz. 70 załącznika 2 oraz 2A chciał wskazać badanie - Próba Addisa.

- i) Czy zamawiający w poz. 76 załącznika 2 oraz A, chciał wskazać test immunochromatograficzny?

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia w poz. 76 załącznika 2 oraz 2A chciał wskazać test immunochromatograficzny.

- j) Proszę o rozwinięcie nazwy badania z pozycji 111, 114

**Odpowiedź:** Normy krwi i Antybiogram

- k) Proszę o doprecyzowanie badania z pozycji 131, 132, 163 czy chodzi tu o przeciwciała? W której klasie?

**Odpowiedź:** Badania z pozycji 131, 132, 163 – Udzielającemu zamówienia chodzi o przeciwciała w klasie IgG.

- l) Czy badania z pozycji 57 i 285 dublują się?

**Odpowiedź:** Etanol i Metanol są badaniami oddzielnymi.

- m) Ile oznaczeń glukozy należy rozumieć przez „pakiet dobowy”?

**Odpowiedź:** Ilość oznaczeń -8.

- n) W pozycji 321 jak należy rozmieść kontrolę grupy krwi?

**Odpowiedź:** Udzielającemu zamówienia chodzi oznaczenie grupy krwi.

- o) Pozycja 324 – czy to badanie ogólne moczy należy wykonywać cytometrią przepływową

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia dopuszcza wykonanie badania cytometrią przepływową.

- p) Pozycja 325 w której klasie przeciwciała?

**Odpowiedź:** Przeciwciała IgG.

- q) Pozycja 326 i 327 proszę o wymienienie dokładnie badań z zakresu fizycznego i chemicznego badania PMR

**Odpowiedź:** Badanie płynu mózgowo- rdzeniowego.

- r) Proszę o dokładne opisanie usługi z pozycji 334.

**Odpowiedź:** Odwirowanie surowicy.



- s) Badanie 214 – czy zawsze należy wyliczać wskaźnik HOMA-IR przy równoczesnym oznaczaniu glukozy i insuliny?  
**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia dopuszcza.
- t) Pozycja 341 – ilu punktowa krzywa żelazowa?  
**Odpowiedź:** Krzywa żelazowa – 6 punktowa.
- u) Pozycja 348 – jakie badania wchodzi do pakietu panel wątrobowy?  
**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia dokonuje wykreślenia poz. 348 formularza 2 oraz 2A, ponieważ pozycja została omyłkowo wpisana do formularza.
- v) Pozycja 374 – czy zamawiający miał na myśli mioglobinę?  
**Odpowiedź:** Tak, w poz. 374 chodzi o badanie- Mioglobina.
- w) Pozycja 434 – czy zamawiający miał na myśli kortyzol w DZM- dobowej zbiórce moczu?  
**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia miał na myśli Kortyzol w DZM- dobowej zbiórce moczu.
- x) Wskazane narkotyki należy wykonać ilościowo/jakościowo?  
**Odpowiedź:** Dopuszcza się.
- y) 523, 524 – czy antybiogram może być wykonany innym analizatorem, które spełnia międzynarodowe oraz polskie standardy dotyczące jakości badań i spełnia kryteria zapewnienia ciągłości pracy w pracowni mikrobiologii?  
**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wyraża zgodę.
- z) 533 – posiew krwi tlenowy czy beztlenowy?  
**Odpowiedź:** Pozycja 533 - Posiew krwi tlenowi i beztlenowy.

**Pytanie nr 36:** Proszę o informację czy szpital jest właścicielem wyposażenie i mebli znajdujących się w laboratorium i punktach pobrań, czy szpital poniesie koszty wyposażenia i umeblowania laboratorium i punktów pobrań.

**Odpowiedź:** Podmiot, który obecnie realizuje umowę dzierżawi sprzęt należący do Udzielającego zamówienia tj.: 1 zestaw komputerowy; rozmrażarka do osocza – szt.1; lodówka - szt. 1; mikroskop – szt. 2.

Koszty wyposażenia i umeblowania laboratorium i punktów pobrań leżą po stronie Przyjmującego zamówienie.

**Pytanie nr 37:** W zawiązku z wprowadzeniem programu „E-KREW” na lata 2021-2026 przez Rządowe Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w laboratorium w Skierniewicach został wdrożony system „E-KREW PLUS” który zapewnia pełen nadzór nad obrotem krwi w banku oraz





Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. Stanisława Rybickiego  
w Skierniewicach

spełnia wszystkie najwyższe wymogi RCKiK. W związku z powyższym pragniemy zadać pytanie czy Zamawiający wymaga, aby każdy Oferent musiał wyposażyć i uruchomić taki system w Laboratorium w Skierniewicach

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia wymaga.

**Pytanie nr 38:** Z uwagi na dużą ilość awarii rozmrażarki do osocza która obecnie jest własnością Szpitala oraz koniecznością jej wymiany, czy Zamawiający wymaga, aby Wygrywający Oferent wyposażył na własny koszt Pracownię Serologii w taki sprzęt?

**Odpowiedź:** Tak, Udzielający zamówienia wymaga.

**Pytanie nr 39:** Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną czy podmiot obsługujący Szpital ma zapewnić transport oraz wykonanie we własnej pracowni genetyki refundowane przez NFZ badania z zakresu SARS CoV-2 met. RT PCR oraz czy Zamawiający wymaga, żeby w Laboratorium w Skierniewicach byłaby możliwość wykonania refundowanego badania szybkiego testu RT.PCR (30 min) różnicującego SARS CoV-2 od Grypy typ A i B

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia dopuszcza taką możliwość.

**Pytanie nr 40:** Po czyjej stronie leży transport do banku krwi z RCKiK.

**Odpowiedź:** Transport do banku krwi z RCKiK leży po stronie Udzielającego zamówienia.

**Pytanie nr 41:** Czy mogą się zdarzać wyjazdy po krew na ratunek życia (jeżeli tak, jaki jest czas na transport)?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 42:** Jeżeli tak na powyższe to, ile takich zleceń było średni miesięcznie w czasie ostatnich 12 mcy?

**Odpowiedź:** Średniomiesięczna liczba wszystkich zleceń -26.

**Pytanie nr 43:** Czy na terenie szpitala jest kolumna transportu sanitarnego, która może dla nas zrealizować transport w przypadku potrzeby badania Cito?

**Odpowiedź:** Nie, Udzielający zamówienia posiada własny transport.

**Pytanie nr 44:** Z którego RCKiK trzeba robić zapotrzebowanie do banku krwi? Czy może być Warszawa czy tylko Łódź

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia posiada umowę z RCKiK w Łodzi ul. Franciszkańska.

Jednocześnie Udzielający zamówienia informuje, iż pozostałe odpowiedzi na zapytania zostaną udzielone w terminie późniejszym.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
ZATWIERDZA   
Jacek Kaniewski

