



INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019) na **dostawę błon i odczynników do pracowni RTG** dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE 1. Czy Zamawiający dopuści błony RTG o poniższych parametrach:

- zadymienie min. 0,21
- zadymienie max. 3,00
- średni gradient 2,45

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w/w błon.

PYTANIE 2. Czy Zamawiający dopuści błony RTG oznaczone tylko nazwą producenta oraz typem błony?

ODPOWIEDŹ: Oznaczenie na błonie powinno zawierać: typ filmu, nazwa producenta .

PYTANIE 3. dot. pozycji 7 – Czy Zamawiający dopuści regeneratory wywoływacza błon składający się z 2-óch części?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w/w regeneratory wywoływacza

PYTANIE 4. dot. pozycji 9 – Czy Zamawiający dopuści starter wywoływacza w opakowaniach 400 ml (1 op. na 20L) z zachowaniem wymaganej ilości 2 op?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w/w starter.

PYTANIE 5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie marki i modelu urządzeń, które Wykonawca będzie zobowiązany skalibrować w ramach niniejszego postępowania.

ODPOWIEDŹ: Wykonawca nie będzie zobowiązany do skalibrowania urządzeń w ramach niniejszego postępowania. Urządzenie w pracowni to Aparat rentgenowski typ MOVIPLAN 800T firmy Villa Sistemi Medicali,

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść ogłoszenia w punkcie 8. Termin składania ofert w ten sposób, że dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

8. Termin składania ofert : 26.08.2021r., godz. 10:00

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

ZATWIERDZA *Krzysztof Kaniewski*