



## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na **zakup audiometru** dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytania, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**PYTANIE 1.** Czy zamawiający wymaga aby zaoferowane audiometry były w formie przenośnych "walizek" tj. posiadały wbudowany uchwyt transportowy oraz zintegrowany pojemnik na akcesoria (słuchawki, przewody itp)? Takie rozwiązanie jest dużym ułatwieniem w wypadku potrzeby częstego przemieszczania urządzeń pomiędzy gabinetami lub konieczności przeprowadzenia badania bezpośrednio przy łóżku pacjenta.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

**PYTANIE 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie audiometru o parametrach opisanych poniżej:

1.	Aparat fabrycznie nowy, nie używany, nie powystawowy
2.	Zasilanie przez zasilacz sieciowy 230V AC, 50-60 Hz z bezpiecznym, niskim napięciem wyjściowy 6V DC
3.	Pomiar przewodnictwa powietrznego: zakres 125-8000 Hz
4.	Częstotliwości wybierane dla przewodnictwa powietrznego: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz Częstotliwości wybierane dla przewodnictwa kostnego: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
5.	Poziom ciśnienia akustycznego na przewodnictwie powietrznym w zakresie od -10 dB HL do 120 dB HL
6.	Zmiany poziomu: skoki poziomu 5 dB lub 1 dB (wybierane przez użytkownika)
7.	Pomiar przewodnictwa kostnego: zakres 250- 8000 Hz
8.	Poziom ciśnienia akustycznego na przewodnictwie kostnym: w zakresie od -10 dB HL do 80 dB HL
9.	Sygnały pomiarowe: ton prosty, pulsujący, modulowany
10.	Sygnały maskujące: szum wąskopasmowy, szum biały
11.	Ton pulsujący: częstotliwości pulsacji: 0.5, 1, 2.0 Hz (do wyboru przez Użytkownika)
12.	Ton modulowany falą sinusoidalną o częstotliwości modulacji sygnału 5 Hz i zakresie modulacji $\pm 12\%$ .
13.	Ręczny przycisk odpowiedzi pacjenta, rozkręcany, nie klejony
14.	Komunikacja z pacjentem: wbudowany mikrofon

15.	Badania specjalne test automatyczny Hughson Westlake
16.	Współpraca z komputerem poprzez łączy USB
17.	Oprogramowanie na komputer PC w języku polskim umożliwiające współpracę z NOAH
18.	Możliwość zapisu wyników badań dla min. 100 pacjentów w pamięci wewnętrznej audiometru – wewnętrzna baza danych pacjentów
19.	Możliwość wydruku wyników badań bez pośrednictwa komputera poprzez dedykowaną, fabrycznie wbudowaną w urządzenie drukarkę termiczną, na papier o szerokości 110-114 mm
20.	Słuchawki powietrzne z wygłuszeniem
21.	Słuchawka kostna
22.	Wyświetlacz kolorowy o przekątnej 4.3 cala, umożliwiający wyświetlanie dwóch audiogramów jednocześnie (jednocześnie dla ucha lewego i prawego), z menu w języku polskim
23.	Możliwość sterowania audiometrem poprzez przewód USB z komputera PC

Pozostałe wymagania podane przez Zamawiającego w Załączniku **Formularz oferty – Parametry wymagane** do zapytania ofertowego nr WSZ.DZP.261.2.27/2022 pozostały by bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza audiometru o wyżej opisanych parametrach.

**PYTANIE 3:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zasilania audiometru poprzez bezpośrednie podpięcie urządzenia do sieci elektrycznej za pomocą kabla zasilającego klasy medycznej?

Proponowane rozwiązanie zapewnia stabilność pracy urządzenia z pominięciem dodatkowego elementu, którym jest zewnętrzny zasilacz sieciowy.

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

**PYTANIE 4:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zakresy poziomów natężenia dźwięku dla przewodnictwa powietrznego od -10 dB do 120 dB HL w całym zakresie pracy słuchawek powietrznych?

Jest to szerszy zakres poziomów natężenia dźwięku niż zaproponowany przez Zamawiającego, co przekłada się na bardziej szczegółową diagnostykę audiologiczną pacjenta.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**PYTANIE 5:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę skoków poziomu natężenia dźwięku wynoszące 5 dB, 2 dB lub 1 dB, które są wybierane przez użytkownika?

Jest to szerszy zakres wyboru niż zaproponowany przez Zamawiającego, co przekłada się na bardziej szczegółową diagnostykę audiologiczną pacjenta.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**PYTANIE 6:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuszcza zakresy poziomów natężenia dźwięku dla przewodnictwa kostnego od -10 dB do 90 dB HL w całym zakresie pracy przetwornika kostnego?

Jest to szerszy zakres poziomów natężenia dźwięku niż zaproponowany przez Zamawiającego, co przekłada się na bardziej szczegółową diagnostykę audiologiczną pacjenta.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**PYTANIE 7:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 11:  
Czy Zamawiający dopuszcza ton pulsujący o czasie trwania 200/200 ms?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

**PYTANIE 8:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 14:  
Czy Zamawiający dopuszcza zestaw słuchawkowy z mikrofonem do komunikacji z pacjentem?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

**PYTANIE 9:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 15:  
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez testu automatycznego Hugson Westlake?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

**PYTANIE 10:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 17:  
Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie na komputer PC w języku angielskim umożliwiające współpracę z NOAH 4?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

**PYTANIE 11:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 18:  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zapisu wyników badań dla 50 pacjentów w pamięci wewnętrznej audiometru?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego

**PYTANIE 12:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 19:  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydruku raportów z badań bez pośrednictwa komputera przez dedykowaną drukarkę laserową lub atramentową?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**PYTANIE 13:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 21:  
Czy Zamawiający poprzez określenie „Słuchawki kostne” ma na myśli przetwornik kostny do badania przewodnictwa kostnego?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający poprzez określenie „słuchawki kostne” rozumie słuchawki z przewodnictwem kostnym.

**PYTANIE 14:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 22:  
Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz kolorowy o przekątnej 4 cale umożliwiający wyświetlanie dwóch audiogramów jednocześnie?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**PYTANIE 15:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część A, pkt. 23:  
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez możliwości zasilania poprzez przewód USB z komputera PC? Proponowane urządzenie jest zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej co wpływa na stabilność działania oraz brak konieczności stałej współpracy z komputerem.

**ODPOWIEDŹ:** Nie, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

**PYTANIE 16:** dot. Załącznik do Formularza oferty – Parametry wymagane, Tabela Część B, pkt. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis z:

„Usunięcie usterki dla naprawy nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych do 2 dni roboczych, naprawa wymagająca sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych”

Na:

„Usunięcie usterki dla naprawy nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych od 2 do 5 dni roboczych, naprawa wymagająca sprowadzenia części zamiennych do 20 dni roboczych, przy czym Wykonawca ma obowiązek zapewnić urządzenie zastępcze nie później niż po 3 dniach od rozpoczęcia naprawy.”

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy umowy.

**PYTANIE 17: dot. Projekt umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść zapisu § 2 ust. 5 z:

„Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.”

Na:

„Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których element ten lub podzespół zostanie wymieniony na nowe.”

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy umowy.

**PYTANIE 18: dot. Projekt umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść zapisu § 6 ust. 1 podpunkt b) z:

„w wysokości 250,00 zł w przypadku zwłoki w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki,”

Na:

„w wysokości 250,00 zł w przypadku zwłoki w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas realizacji czynności związanych z usunięciem wady, które zostały opóźnione, kara nie zostanie zastosowana.”

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy umowy.

**PYTANIE 19: dot. Projekt umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść zapisu § 6 ust. 7 z:

„Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania, mając na względzie konieczność poszanowania interesów obu stron.”

Na:

„Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, stan epidemii i/lub pandemii, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania, mając na względzie konieczność poszanowania interesów obu stron.”

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ szczególne uprawnienia Wykonawców związane ze stanem epidemii i/lub pandemii zostały opisane w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz związanych z nimi sytuacji kryzysowych. Zastrzeżenie proponowane przez Wykonawcę oznaczałoby, że strony z góry wyłączały odpowiedzialność wykonawcy za jakiegokolwiek opóźnienia realizacji obowiązków wynikających z umowy zawartej w czasie trwania pandemii - stanowiłoby to nadmierne uprzywilejowanie wykonawcy.

Zastępca Dyrektora  
ds. Opieki Zdrowotnej  
ZATWIERDZA .....  
lek. Dariusz Piś