



INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na **zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału i Zakładu Rehabilitacji Szpitala w Skierniewicach**. oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE 1. część nr 1, Wirówka do kończyn górnych. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania urządzenie o poniższych parametrach jako równoważne lub lepsze urządzenia, co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty:

Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych

- akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego
- 44 dysze do masażu wirowego
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu – pojemność zabiegowa ok. 30l
- pojemność do przelewu – 45l
- system zabezpieczający pompę przed pracą na sucho
- czujnik temperatury wody
- czujnik poziomu wody
- system automatycznego napełniania
- funkcja ciepłego prysznica
- masaż wirowy przez wykorzystanie strumienia wody o regulowanej sile
- system napowietrzania strumienia wody z regulacją
- elektroniczny panel sterowania
- ustawienie czasu zabiegu: 1-30 min
- system odkamieniania sterowany elektronicznie
- półautomatyczny system opróżniania niecki
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia
- wyposażenie: krzesło obrotowe, prysznic
- zasilanie: 230V/50Hz
- pobór prądu: 5A
- wymiary dł. 90 cm x szer. 95 cm x wys. 92 cm
- waga 60kg
- urządzenie medyczne
- klasa I, typ B
- możliwość wyboru koloru niecki – biały lub calypso

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w/w wirówki, wymaga aby dysze były z regulowanym kierunkiem wyływu strumienia wody.

PYTANIE 2. część nr 1, Wirówka do kończyn dolnych i kręgosłupa. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania urządzenie o poniższych parametrach jako równoważne lub lepsze urządzenia, co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty:

Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych

- niecka wykonana z tworzywa sztucznego wzmocniana matami z włókna szklanego
- 12 dysz kierunkowych do masażu wirowego
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu – pojemność zabiegowa 75l/210l
- możliwość pracy na dwóch poziomach:
 - I – kończyny dolne – 75/145l
 - II – kończyny dolne i kręgosłup – 210l
- regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref
- elektroniczny panel sterowania
- ustawienie czasu zabiegu: 1-30 min
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- system odkamieniania sterowany elektronicznie
- czujnik temperatury wody
- czujnik poziomu wody
- system automatycznego napełniania
- półautomatyczny system opróżniania niecki
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia
- wyposażenie: prysznic, stopień ułatwiający wejście do wanny
- pobór prądu: 7A
- zasilanie: 230V/50Hz
- wymiary dł. 117 cm x szer. 68 cm x wys. 95 cm
- szerokość z przyłączem prysznicowym 70 cm
- waga 75kg
- możliwość wyboru koloru niecki – biały lub calypso

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w/w wirówki, wymaga aby dysze były z regulowanym kierunkiem wypływu strumienia wody.

PYTANIE 3. część nr 1, Wirówka do stóp. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania urządzenie o poniższych parametrach jako równoważne lub lepsze urządzenia, co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty:

Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi

- akrylowa niecka wzmocniana matami z włókna szklanego
- 38 dysz do hydromasażu
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu – min. 45l
- pojemność do przelewu – 65l
- system napowietrzania strumienia wody z regulacją
- elektroniczny panel sterowania
- ustawienie czasu zabiegu: 1-30 min
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- system odkamieniania sterowany elektronicznie
- czujnik temperatury wody
- czujnik poziomu wody
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia
- półautomatyczny system opróżniania niecki
- automatyczny system napełniania niecki
- wyposażenie: krzesło obrotowe, prysznic
- pobór prądu: 5A
- zasilanie: 230V, 50Hz
- wymiary dł. 98cm x szer. 90 cm x wys. 62 cm
- waga 45kg
- niecka urządzenia dostępna w 2 kolorach – biały lub calypso.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w/w wirówki, wymaga aby dysze były z regulowanym kierunkiem wypływu strumienia wody.

PYTANIE 4. część nr 2, Bieżnia treningowa. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania urządzenie o poniższych parametrach jako równoważne lub lepsze urządzenia, co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty:

- maksymalna prędkość 22 km/h

- 36 programów treningowych, Program Użytkownika U01, U02, U03, HRC, BMI

Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza bieżnię treningową o wskazanych parametrach.

ZATWIERDZA

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
Jacek Kaniewski