



Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. Stanisława Rybickiego  
w Skierniewicach

Znak: WSZ.DAT.SZP.261.2.99/2023

Skierniewice, dnia 19.07.2023r.

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na **dostawy mankietów ciśnieniowych, czujników oraz przewodów do urządzeń medycznych** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniem, które wpłynęło do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**PYTANIE 8.** Część 1. poz. 4. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru mankietu 18-26 cm.

**ODPOWIEDŹ:** Jak w opisie.

**PYTANIE 9.** Część 4. poz. 1. Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości 0,9 m.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na czujnik z kablem o długości 0,9m.

**PYTANIE 10.** Część 4. \_poz. 7. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli czujnik podłączany do przewodu przedłużającego, czy czujnik podłączany bezpośrednio do monitora?

**ODPOWIEDŹ:** Jak w opisie.

**PYTANIE 11.** Część 5. poz. 6-7. Czy Zamawiający ma na myśli przewody główne bez odprowadzeń?

**ODPOWIEDŹ:** Jak w opisie.

**PYTANIE 12.** Część 5. poz. 7. Prosimy o odstąpienie od wymogu wtyczki pomarańczowo-zielonej i dopuszczenie kompatybilnej wtyczki zielonej. Kolor wtyczki nie wpływa na funkcjonalność produktu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w wtyczkę.

**PYTANIE 13.** Część 5. poz. 10. Prosimy o wskazanie marki i modelu kardiomonitora do którego ma pasować przewód.

**ODPOWIEDŹ:** Kabel do aparatu EKG. Firma FARUM S.A.

**PYTANIE 14.** Część 5. Poz. 11. Prosimy o wskazanie marki i modelu kardiomonitora do którego ma pasować przewód.

**ODPOWIEDŹ:** Kabel do aparatu EKG. Firma ASPEL.

**PYTANIE 15.** Część 7. poz.1. Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,4 m.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza przewód o długości 2,4m.

**PYTANIE 16.** Część 1, poz. 1-4. Czy Zamawiający dopuści mankiety z klamrą?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza mankietów z klamrą.

**PYTANIE 17.** Część 1, poz. 5-6. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert zgodzi się na wydzielenie ww. pozycji z pakietu?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę, w załączeniu modyfikacja Formularza asortymentowo cenowego.

**PYTANIE 18.** Część 3, poz. 2. Zwracam się z prośbą o wskazanie producenta R-22MED – umożliwi to prawidłowe dopasowanie odpowiednika.

**ODPOWIEDŹ:** TELEDYNE Analytical Instruments

**PYTANIE 19.** Część 4, poz. 1. Czy Zamawiający zgodzi się na przewód o długości 0,9 m?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na przewód o długości 0,9m.

**PYTANIE 20.** Część 4, poz. 3. Zwracam się z prośbą o wskazanie rodzaju wtyczki (zdjęcie lub opis liczby i rozmieszczenia bolców), umożliwi to prawidłowe dopasowanie.

**ODPOWIEDŹ:** Wtyk M DB9

**PYTANIE 21.** Część 4, poz. 4. Z uwagi na problemy w odnalezieniu informacji o czujniku z opisu tj. ECO 41.20-5264 proszę Zamawiającego o wskazanie technologii oraz rodzaju wtyczki.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie ze specyfikacją. Do kardiomonitora Compact 9 firmy MEDICAL ECONET GmbH.

**PYTANIE 22.** Część 4, poz. 5. Zwracam się z prośbą o wskazanie rodzaju wtyczki (zdjęcie lub opis liczby i rozmieszczenia bolców), umożliwi to prawidłowe dopasowanie.

**ODPOWIEDŹ:** Jak w opisie.

**PYTANIE 23.** Część 4, poz. 6. Zwracam się z prośbą o wskazanie rodzaju wtyczki (zdjęcie lub opis liczby i rozmieszczenia bolców), umożliwi to prawidłowe dopasowanie.

**ODPOWIEDŹ:** Jak w opisie.

**PYTANIE 24.** Część 7, poz. 1. Czy Zamawiający zgodzi się na kabel o długości 2,4 m?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na kabel o długości 2,4m.

**PYTANIE 25.** Część 7, poz. 1. Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie – we wskazanym punkcie chodzi tylko o adapter z poz. 1? Poniżej są jeszcze podpunkty 2, 3 i 4, natomiast ich opisy są puste.

**ODPOWIEDŹ:** W części 7 jest tylko poz. 1: Adapter SpO2 wielokrotnego użytku – do aparatu firmy Mindray typ czujnika - Nellcor, dł. 2.2 m (nr kat. 0010-20-42710).

**PYTANIE 26.** Część 8, poz. 5. Czy Zamawiający zgodzi się na czujnik o długości 3 m?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na czujnik o długości 3m.

**PYTANIE 27.** Pytania ogólne. Czy Zamawiający może wskazać jakie będzie minimalne wykorzystanie umowy (w procentach)?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z § 1 ust. 4 projektu umowy, Zamawiający deklaruje wykonanie w minimalnej wartości wynoszącej 75% wartości zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Formularza oferty oraz Formularza asortymentowo cenowego.

**ZATWIERDZA**

**p.o. DYREKTORA**

Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
Edyta Cieślak