



## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW II ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na dostawę odczynników histopatologicznych i materiałów zużywalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**PYTANIE 3.** Uprzejmie proszę o wydzielenie z zapytania numer #13464558 pkt 10 z części 2 do osobnej części celem złożenia oferty

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę, w załączeniu modyfikacja Formularza oferty część 2.

**PYTANIE 4.** Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

**PYTANIE 5.** Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiającemu zależy na tym, aby wysokość kar umownych miała charakter prewencyjny, mobilizujący Wykonawców do należytej realizacji umowy. Kwestia dotycząca sposobu naliczania kar umownych ma charakter czysto techniczny (matematyczny) i charakter prawny podatku VAT (który zresztą jest podatkiem cenotwórczym) nie ma tutaj większego znaczenia, ponieważ alternatywnie Zamawiający mógłby - zmniejszając mnożnik na "wartość netto" - zwiększyć zarazem mnożną podnosząc wartość procentową.

**PYTANIE 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawiają wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody. Kary umowne mają mieć charakter odstraszający i dyscyplinujący.

**PYTANIE NR 7:** Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

**PYTANIE NR 8: Dotyczy wzoru umowy.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE NR 9:** Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy: „W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE NR 10:** Część 1, poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torebek o wymiarach 31x43 mm pakowanych w opakowaniu po 200 szt. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza w/w torebek. Zamawiana ilość to 100 szt.

**PYTANIE NR 11:** Część 2, poz.10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholu absolutnego 99,9% etylowego, całkowicie skażonego benzoesanem denatonium, izopropanolem oraz ketonem metyloowo-etylowym, w op. 5 litrów.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w alkohol.

**PYTANIE NR 12:** Część 4, poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parafiny w granulach o temp. topnienia 56-58 st.C w op.10 kg, która nie wymaga dodatku uplastyczniający do spełnienia swej funkcji.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w parafinę.

**PYTANIE NR 13: Dotyczy Formularz oferty- część 1.** Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 30x45mm? Reszta parametrów bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w torebki.

**PYTANIE NR 14: Dotyczy Formularz oferty- część 1.** Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kasetki z otworami o wymiarach 1x1mm? Reszta parametrów bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kasetki.

**PYTANIE NR 15: Dotyczy Formularz oferty- część 5.** Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści próbówki z kołnierzem? Reszta parametrów bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza próbówek z kołnierzem.

**PYTANIE NR 16: Dotyczy Formularz oferty- część 6.** Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści żyłетки wykonane ze stali nierdzewnej platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w żyłетки.

**ZATWIERDZA**      **p.o. DYREKTORA**  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
Edyta Cieślak