



## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na **zakup pompy płuczącej wraz z osprzętem** dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytania, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

### **PYTANIE 1.** Pytanie nr 1 do części nr 1

Czy Zamawiający dopuści pompę histeroskopową o parametrach:

Parametry techniczne:

przepływ 100-500ml/min,

zakres ciśnienia: 10-200mmHg;

zasilanie: 100/240 VAC, 50-60 Hz

klasa bezpieczeństwa: I

IEC 601-1, EN 60601-1, klasyfikacja wyrobu medycznego. 93/42/EEC , IIa

#### **Właściwości:**

- pamięć ostatnich ustawień
- duży i czytelny wyświetlacz,
- funkcja LEVEL daje możliwość kalibracji systemu pomiarowego przez użytkownika;
- zapewnia rzeczywisty pomiar ciśnienia w obszarze roboczym; zakres regulacji wynosi
- od - 100 cm do + 100 cm ( co 1 cm)
- Możliwość współpracy z drenami jedno i wielorazowymi oraz jednodniowymi.
- Możliwość ustawienia różnicy wysokości w trybie histeroskopia pomiędzy urządzeniem i pacjentem celem wyrównania spadku ciśnienia powstającego wskutek umieszczenia pompy na wózku ze sprzętem

Dopuszczenie naszego sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza w/w pompy.

**ZATWIERDZA**

**DYREKTOR**

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
Paweł Błasiak