



## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup przyrządów do przetoczeń płynów oraz przyrządów do transfuzji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniem, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**PYTANIE 1. Dotyczy części nr 1.** Prosimy o sprecyzowanie do jakich dokładnie urządzeń producenta FMS mają być kompatybilne akcesoria wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Czy akcesoria mają być kompatybilne z pompą FMS DUO + oraz shaverem Tornado ref. 8022 lub ref. 288022 ?

**ODPOWIEDŹ:** Akcesoria mają być kompatybilne z pompą FMS DUO oraz shaverem ref.8061.

**PYTANIE 2. Pytanie nr 2.** Dotyczy części nr 1, poz.3,4 Czy zamawiający dopuści:

<b>Poz.3</b>	Ostrza wielorazowe , autoklawowalne, kompatybilne z Shaverem Tornado FMS. Typ ostrza Synovia Cutter, wewnętrzna część łagodnie falista, zewnętrzna gładka, średnica od 4,0mm, długość robocza 130 mm. Ostrza pakowane po 1 szt. Zgodnie z załączonym katalogiem.
<b>Poz.4</b>	Ostrza wielorazowe, autoklawowalne, kompatybilne z Shaverem Tornado FMS. Typ ostrza Wave Cutter, wewnętrzna część falista, zewnętrzna ząbkowana, średnica 4,0. mm. Długość robocza 130 mm. Ostrza pakowane po 1 szt. Zgodnie z załączonym katalog

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w ostrza pod warunkiem, że będą kompatybilne z shaverem ref.8061.

**ZATWIERDZA**

**DYREKTOR**

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
Paweł Błasiak