



## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019) na wykonanie testów specjalistycznych aparatów rtg, tomografu i mammografu oraz związanych z nimi wszystkich urządzeń pomocniczych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 4.** Czy aparaty rtg są aparatami analogowymi czy ucyfrowionymi/ cyfrowymi - tzn. jaki jest system obrazowania (analogowy - błony RTG, system pośredni CR, system bezpośredni DR). Prosimy o podanie liczby kaset / płyt CR oraz producenta skanera.

**Odpowiedź:** aparaty z poz. 1,2,5,6,7,9,10,11 Formularza oferty to aparaty cyfrowe DR; aparaty z poz. 3,4, 8 Formularza oferty to aparaty analogowe.

**Pytanie 5.** Zwracamy się z prośbą o zmianę podstawy prawnej wskazanej przez Państwa w §2 pkt 1 d. umowy na: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 884 )

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla zapis w §2 pkt 1d, w to miejsce wpisuje: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 884 ).

**Pytanie 6.** Proszę o podanie ilości monitorów dla których mają zostać wykonane testy specjalistyczne .

**Odpowiedź:** 6 szt. monitorów.

**Pytanie 7.** Proszę o informację czy oferta może zostać złożona drogą elektroniczną?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: e-mail: [e.wieczorek@wsz-skier.pl](mailto:e.wieczorek@wsz-skier.pl) oraz przesłania hasła do zabezpieczonych plików w oddzielnym mailu. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
ZATWIERDZA .....  
Jacek Kaniewski