



## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na **dostawy narzędzi dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału laryngologii** Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniemi, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**PYTANIE 1.** W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

### **CZĘŚĆ NR 1**

Lp.1 Kleszczyki o szer. 3,6 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszczyki.

Lp.2 Kleszczyki o szer. 4,2 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszczyki.

Lp.3 Kleszczyki o szer. 4,8 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszczyki.

Lp.4 Kleszczyki o szer. 3,6 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszczyki.

Lp.5 Kleszczyki o szer. 4,2 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszczyki.

Lp.6 Kleszczyki o szer. 4,8 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszczyki.

Lp.9 Ssak o dł. części roboczej 150 mm, dł. całkowita 170 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszczyki.

Lp.10 Ssak o dł. 100 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w ssak.

Lp.11 Sonda o dł. 200 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w sondę.

Lp.12 Elewator o szer. 5/5 mm i dł. całkowitej 190 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w elewator.

Lp.13 Elewator o dł. całkowitej 180 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w elewator.

Lp.14 Nóż sierpowaty bez nazwy własnej.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w nóż sierpowaty bez nazwy własnej.

Lp.20 Kleszcze McKenty o dł. trzpienia roboczego 120 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszcze.

Lp.22,23,24,25,26,27 Kleszcze o dł. trzpienia roboczego w linii prostej 130 mm, pozostałe wymagane parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza w/w kleszczy, zamawiający oczekuje kleszczy o dł. 230 mm lp.22,23,24,25 ora kleszczy o dł. 220 mm lp. 26,27.

Lp.28 Punch o dł. trzpienia roboczego 115 mm, szer. cięcia 2,5 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w punch.

Lp.29 Punch o dł. trzpienia roboczego 115 mm, szer. cięcia 2,5 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w punch.

Lp.41 Kleszcze tnące o rozmiarze 2,0x120 mm lub 2,0,170 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszcze.

Lp.42Kleszcze o dł. 120 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszcze.

Lp.43 Kleszcze o rozmiarze 7,0x120 mm lub 9,0x120 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszcze.

Lp.56 Kleszcze o dł. 130 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszcze.

Lp.57 Kleszcze o dł. 130 mm, chwytające.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza w/w kleszczy, zamawiający oczekuje kleszczy tnących.

Lp.58 Kleszcze o wym. 3,0x150 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszcze.

Lp.59 Kleszcze o wym. 3,0x150 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszcze.

Lp.60 Kleszcze o wym. 3,0x150 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszcze.

Lp.61 Kleszcze o wym. 4,0x130 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w kleszcze.

Lp.63 Młotek o wadze 300 g.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w młotek.

Lp.66 Nożyczki Ragnell (Kilner) o dł. 130 lub 150 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w nożyczki o dł. 150 mm.

## **CZĘŚĆ NR 2**

Lp.4 Kleszcze proste.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza w/w kleszczy prostych, oczekuje kleszczy zagiętych.

Lp.6 Szpatałka o dł. 165 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza w/w szpatałkę.

Lp.7 Łyżka w rozmiarze 72x27 mm , lewa czy prawa.

**ODPOWIEDŹ:** łyżka prawa

**PYTANIE 2.** Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego.

**PYTANIE 3.** Dot. Część nr 1 punkty od 1 do 66

Prosimy w ramach punktów od 1 do 66 o dopuszczeniu tożsamesgo zestawu instrumentów zgodnie z poniższą tabelką, ilości poszczególnych instrumentów zgodna z wymogami Zamawiającego. Z uwagi na to, że każdy producent stosuje swoje specyficzne nazewnictwo, konstrukcje i sposób wymiarowania instrumentów, oferowane instrumenty mogą nieznacznie różnić się od pierwotnie opisanych przez Zamawiającego.

Lp	Opis	<b>ODPOWIEDŹ:</b>
1	Kleszczyki nosowe chwytające wg Blakesley-a, proste, rozmiar 1, dł. 130 mm	Dopuszczamy
2	Kleszczyki nosowe chwytające wg Blakesley-a, proste, rozmiar 2, dł. 130 mm	Dopuszczamy
3	Kleszczyki nosowe chwytające wg Blakesley-a, proste, rozmiar 3, dł. 130 mm	Dopuszczamy
4	Kleszczyki nosowe chwytające wg Blakesley-a, zakrzywione do góry 45 stopni, rozmiar 0, dł. 130 mm	Dopuszczamy
5	Kleszczyki nosowe chwytające wg Blakesley-a, zakrzywione do góry 45 stopni, rozmiar 1, dł. 130 mm	Dopuszczamy
6	Kleszczyki nosowe chwytające wg Blakesley-a, zakrzywione do góry 45 stopni, rozmiar 2, dł. 130 mm	Dopuszczamy
7	Ssak wg v. Eicken-a, długo zakrzywiony z Luer-Lock, śr. zew. 3 mm, dł. 150 mm	Dopuszczamy
8	Ssak wg v. Eicken-a, krótko zakrzywiony z Luer-Lock, śr. zew. 3 mm, dł. 150 mm	Dopuszczamy
9	Ssak wg v. Eicken-a, długo zakrzywiony z Luer-Lock, wyginany, śr. zew. 3 mm, dł. 125 mm	Dopuszczamy
10	Ssak wg Frazier-a z podziałką od 50 do 90 mm, rozmiar 9 Fr. (tj. ok. 3 mm), dł. 100 mm	Dopuszczamy
11	Sonda kulkowa wg CASTELNUOVO, dwustronna, zakrzywiona z obu stron, dł. 220 mm	Dopuszczamy
12	Elewator wg Freer-a, dwustronny, tępy / ostry, dł. 200 mm	Dopuszczamy
13	Elewator wg Freer-a z kanałem ssącym i mandrynem, dł. 190 mm	Dopuszczamy
14	Nóż kosa, ostry, dł. 190 mm	Dopuszczamy



15	Łyżeczka owalna wg KUHN-BOLGER, zakrzywiona 55 stopni, dł. 190 mm	Dopuszczamy
16	Łyżeczka owalna wg KUHN-BOLGER, zakrzywiona 90 stopni, dł. 190 mm	Dopuszczamy
17	Łyżeczka zatokowa, zakrzywiona 20 stopni, mała, tnąca do przodu, dł. 200 mm	Dopuszczamy
18	Łyżeczka zatokowa, zakrzywiona 45 stopni, mała, tnąca do przodu, dł. 200 mm	Dopuszczamy
19	Łyżeczka zatokowa, zakrzywiona, mała, wstecznie tnąca, dł. 190 mm	Dopuszczamy
20	Kleszcze zatokowe chwytające wg HEUWIESER, zakrzywione w dół, nieobrotowe, bransza nieruchoma zagięta 90 stopni, bransza ruchoma otwierana do 120 stopni, dł. 100 mm	Dopuszczamy
21	Kleszcze zatokowe chwytające wg HEUWIESER, zakrzywione w dół, nieobrotowe, bransza nieruchoma zagięta 115 stopni, bransza ruchoma otwierana do 140 stopni, dł. 100 mm	Dopuszczamy
22	Kleszcze chwytające typ "żyrafa" wg KUHN-BOLGER, bransze łyżeczkowe, zakrzywione 55 stopni, obie bransze ruchome (otwierane pionowo), śr. branszy 2 mm, dł. robocza 130 mm	Nie dopuszczamy
23	Kleszcze chwytające typ "żyrafa" wg KUHN-BOLGER, bransze łyżeczkowe, zakrzywione 55 stopni, obie bransze ruchome (otwierane poziomo), śr. branszy 2 mm, dł. robocza 130 mm	Nie dopuszczamy
24	Kleszcze chwytające typ "żyrafa" wg KUHN-BOLGER, bransze łyżeczkowe, zakrzywione 55 stopni, obie bransze ruchome (otwierane pionowo), śr. branszy 3 mm, dł. robocza 130 mm	Nie dopuszczamy
25	Kleszcze chwytające typ "żyrafa" wg KUHN-BOLGER, bransze łyżeczkowe, zakrzywione 55 stopni, obie bransze ruchome (otwierane poziomo), śr. branszy 3 mm, dł. robocza 130 mm	Nie dopuszczamy
26	Kleszcze chwytające typ "żyrafa" wg KUHN-BOLGER, bransze łyżeczkowe, zakrzywione 90 stopni, obie bransze ruchome (otwierane pionowo), śr. branszy 2 mm, dł. robocza 130 mm	Nie dopuszczamy
27	Kleszcze chwytające typ "żyrafa" wg KUHN-BOLGER, bransze łyżeczkowe, zakrzywione 90 stopni, obie bransze ruchome (otwierane poziomo), śr. branszy 2 mm, dł. robocza 130 mm	Nie dopuszczamy
28	Punch wg STAMMBERGER tnący bocznie (lewy/dół), dł. 100 mm	Dopuszczamy
29	Punch wg STAMMBERGER tnący bocznie (prawy/dół), dł. 100 mm	Dopuszczamy
30	Nożyczki nosowe wg Heymann-a, standardowe, długość robocza 95 mm	Dopuszczamy
31	Nożyczki nosowe ząbkowane, proste, długość robocza 110 mm	Dopuszczamy
32	Nożyczki nosowe wg Cottle-a, ostrza ząbkowane, długość robocza 85 mm	Dopuszczamy
33	Kleszcze typu punch wg STAMMBERGER, tnące na okrągło, proste, średnica 3,5 mm, dł. robocza 180 mm	Dopuszczamy
34	Kleszcze typu punch wg STAMMBERGER, tnące na okrągło, proste, średnica 4,5 mm, dł. robocza 180 mm	Dopuszczamy
35	Kleszcze typu punch wg STAMMBERGER, tnące na okrągło, zakrzywione do góry 65 stopni, średnica 3,5 mm, dł. robocza 170 mm	Dopuszczamy
36	Kleszcze typu punch wg STAMMBERGER, tnące na okrągło, zakrzywione do góry 65 stopni, średnica 4,5 mm, dł. robocza 170 mm	Dopuszczamy
37	Kleszcze punch typ Kerrison, tnące w górę 90 stopni, rozmiar 2 mm, dł. 170 mm	Dopuszczamy
38	Kleszcze punch typ Kerrison, tnące w górę 90 stopni, rozmiar 3 mm, dł. 170 mm	Dopuszczamy
39	Kleszcze punch typ Kerrison, tnące w dół 90 stopni, rozmiar 2 mm, dł. 170 mm	Dopuszczamy
40	Kleszcze punch typ Kerrison, tnące w dół 90 stopni, rozmiar 3 mm, dł. 170 mm	Dopuszczamy



41	Kleszcze punch wg McKenty, odwracalne, rozmiar 1,6 x 2 mm, dł. 120 mm	Dopuszczamy
42	Kleszcze nosowe tnące typ Hartmann, rozmiar 3, dł. 110 mm	Dopuszczamy
43	Kleszcze nosowe tnące typ Hartmann, rozmiar 4, dł. 110 mm	Dopuszczamy
44	Kleszcze nosowe tnące typ Blakesley, proste, szerokość 2,5 mm, dł. 110 mm	Dopuszczamy
45	Kleszcze nosowe tnące typ Blakesley, proste, szerokość 3,5 mm, dł. 110 mm	Dopuszczamy
46	Kleszcze nosowe tnące typ Blakesley, proste, szerokość 4,2 mm, dł. 110 mm	Dopuszczamy
47	Kleszcze nosowe tnące typ Blakesley, zakrzywione do góry, szer. 2,5 mm, dł. 110 mm	Dopuszczamy
48	Kleszcze nosowe tnące typ Blakesley, zakrzywione do góry, szer. 3,5 mm, dł. 110 mm	Dopuszczamy
49	Kleszcze nosowe tnące typ Blakesley, zakrzywione do góry, szer. 4,2 mm, dł. 110 mm	Dopuszczamy
50	Kleszcze tnące wstecznie do góry wg STAMMBERGER, dł. 100 mm	Dopuszczamy
51	Kleszcze tnące wstecznie na lewo wg STAMMBERGER, dł. 100 mm	Dopuszczamy
52	Kleszcze tnące wstecznie na prawo wg STAMMBERGER, dł. 100 mm	Dopuszczamy
53	Kleszcze tnące wstecznie wg STAMMBERGER, małe, płaszcz obrotowy, dł. 100 mm	Dopuszczamy
54	Kleszcze tnące wstecznie wg STAMMBERGER, płaszcz obrotowy, dł. 100 mm	Dopuszczamy
55	Kleszcze wstecznie tnące wg OSTRUM zakrzywione w dół, płaszcz obrotowy, dł. 100 mm	Dopuszczamy
56	Kleszcze punch do zatoki czołowej, zakrzywione w górę 70 stopni, rozmiar 2,5 mm x 2 mm, dł. 130 mm	Dopuszczamy
57	Kleszcze tnące do zatoki czołowej, zakrzywione w górę 70 stopni, rozmiar 3,5 mm x 3 mm, dł. 130 mm	Dopuszczamy
58	Kleszcze chwytająco - biopsyjne, bransze miseczkowe owalne, proste, rozmiar branszy 3 mm x 4 mm, dł. 150 mm	Dopuszczamy
59	Kleszcze chwytające łyżeczkowe biopsyjne, bransze łyżeczkowe otwierane poziomo, zakrzywione 70 stopni, śr. branszy 4 mm, dł. 120 mm	Dopuszczamy
60	Kleszcze chwytające łyżeczkowe biopsyjne, bransze łyżeczkowe otwierane pionowo, zakrzywione 70 stopni, śr. branszy 4 mm, dł. 120 mm	Dopuszczamy
61	Kleszcze chwytające łyżeczkowe biopsyjne, bransze łyżeczkowe otwierane poziomo, zakrzywione wstecznie 110 stopni, śr. branszy 4 mm, dł. 120 mm	Dopuszczamy
62	Praska do chrząstek typ Cottle z zaciskiem, rozmiar 5 x 1,5 cm	Dopuszczamy
63	Młoteczek typ Cottle, dł. 180 mm	Dopuszczamy
64	Nożyczki do rynoplastyki, proste, ostre/ostre, dł. 110 mm	Dopuszczamy
65	Nożyczki do rynoplastyki, zakrzywione, ostre/ostre, dł. 110 mm	Dopuszczamy
66	Nożyczki do rynoplastyki wg Kilner, zakrzywione, dł. 155 mm	Dopuszczamy

**PYTANIE 4.** Dotyczy wymaganego okresu gwarancji 24 m-cy. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia (część 1) producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o rozważenie zmiany minimalnego okresu gwarancji na 12 miesięcy. Zapewnienie tak długiego, min. 24 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztu narzędzi, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody, minimalny okres gwarancji 24 m-ce.

**PYTANIE 5.** Czy strony dopuszczają możliwość zmiany sprzętu medycznego, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się, że zaproponowany model nie jest już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje model o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu medycznego, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się, że zaproponowany model nie jest już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje model o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie a Zamawiający wyrazi zgodę.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
ZATWIERDZA .....  
*Jacek Kaniewski*  
Jacek Kaniewski