



Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. Stanisława Rybickiego  
w Skierniewicach

Znak: WSZ.DAT.SZP.261.2.134/2022

Skierniewice,

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na **zakup obuocznego oftalmoskopu operacyjno-diagnostycznego** dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**PYTANIE 3.** Do A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBUOCZNEGO OFTALMOSKOPU OPERACYJNO-DIAGNOSTYCZNEGO, punkt 2. Czy Zamawiający dopuści oftalmoskop pośredni z płynną regulacją układu optycznego (tzw. dostosowanie do małej źrenicy, zsynchronizowana regulacja konwergencji i paralaksy) niezależnie od wyboru przestony. Taka funkcjonalność umożliwi badanie wąskiej źrenicy niezależnie od wielkości przestony.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza w/w oftalmoskopu.

**ZATWIERDZA**

**DYREKTOR**

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
Jacek Kaniewski