



Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. Stanisława Rybickiego  
w Skierniewicach

Znak: WSZ.DAT.SZP.261.2.174/2023

Skierniewice, 8.01.2023r.

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na dostawę fartuchów ochrony RTG oraz kołnierzy ochrony tarczycy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniem, które wpłynęło do w/w postępowania po terminie określonym na zadawanie zapytań, poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

**PYTANIE 3.** Czy Zamawiający wymaga aby fartuch jednostronny posiadał ochronę z tyłu czyli na pasach skrzyżowanych na plecach przechodzących w poprzek bioder) o ekwiwalencie ołowiu 0.25 mm Pb? Najczęściej personel praktykuje fartuchy z taką osłoną z tyłu bądź z niej rezygnuje.

**ODPOWIEDŹ:** Tak. Zamawiający wymaga aby fartuch jednostronny posiadał ochronę na pasach skrzyżowanych na plecach przechodzących w poprzek bioder o ekwiwalencie ołowiu 0.25 mm Pb.

**ZATWIERDZA**

**DYREKTOR**

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
Paweł Błasiak