



Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

Znak: WSZ.DAT.SZP.261.2.96/2024

Skierniewice, 09.08.2024r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału i Zakładu Rehabilitacji WSZ w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE 3. Dotyczy Część 1. Czy Zamawiający dopuść kabinę UGUL o wadze całkowitej 280 kg. Standardowa kabina 200x200x200 cm waży ponad 160 kg a Zamawiający wymaga kabiny szerokiej 4000.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w/w kabinę.

ZATWIERDZA

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
Paweł Błasiak